ODOFIN™

TasteStrips

Taste Test 25

burghart MESSTECHNIK

EESTI

PZN: 17975326



Burghart Messtechnik GmbH
Uetersener Straße 6
D - 25488 Holm
☎ +49 4103 80076-0
🖷 + 49 4103 80076-29

✉ info@burghart-mt.de
🖳 www.burghart-mt.de

CE

Rev. 2.0 – 15 Dez 2022- LA-18-00130

Sisukord

Eesmärk 4
Kasutaja 4
Rakendusvaldkonnad 4
Vanuserühm 4
Hoiatused 4
Vastunäidustused 4
Patsiendiinfo 5
Kasutaja teave 5
Tulemuslikkus 5
Rakendamine 5
Vastupidavus 5
Ladustamine: 5
Kõrvaldamine 5
Tarvikud 5
Kasutatud kangad 6
LEGEND 6

TÄHELEPANU
LOE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST
SALVESTADA EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

Eesmärk

Orienteeruv uurimine, et näha, kas maitsmisvõime on olemas.

Kasutaja

Testi tohivad teha ainult meditsiinitöötajad.

Rakendusvaldkonnad

Ligikaudu 10-15%-l haistmishäiretega patsientidest on ka maitsmishäired. Seetõttu on soovitatav kontrollida nii maitse- kui ka lõhnaomadusi. 4 põhilise maitseomaduse "magus", "hapu", "soolane" ja "mõru" ribad võimaldavad uurida maitsefunktsiooni.

"Maitseproov 25" on "Sõeltest 12" kaasnev test ja see on orientatsiooniks, kas tuleks alustada edasisi uuringuid.

Täiendava uuringuna on võimalik "Maitsekatse 50". See sisaldab maitseribasid põhiliste maitseomadustega "magus", "hapu", "soolane" ja "mõru" 4 erinevas kontsentratsioonis, et oleks võimalik kindlaks teha maitsehäire raskusastet.

Vanuserühm

Testil ei ole vanusepiiranguid.

Hoiatused

⚠ Küsige oma patsientidelt, kas nad on rasedad. Maitsekvaliteedilt mõru ei tohi kasutada rasedatel naistel. Kiniini kasutatakse kibeda ainena.

⚠ Kasutage maitseriba ainult ÜKS kord patsiendi või keelepiirkonna pealekandmise kohta. Pärast seda tuleb prooviriba hävitada.

⚠ Kui olete mõne kasutatava aine (vt tabel lk 6) suhtes allergiline, ärge kasutage seda testi.

⚠ Vältige manustamise ajal nahakontakti ja kasutage kaasasolevaid pintsette.

⚠ tige suuõõnes manustamise ajal maitseribaga kiireid liigutusi.

⚠ Pange tähele, et kahjustatud toode võib viia vale hinnanguni.

Toode võib olla ohustatud:
- Ebakorrektsest ladustamisest põhjustatud kontsentratsiooni muutus
- Ebatäielik test või prooviribade segunemine, kui ei kasutata kaasasolevaid säilituspakendeid.
- Kontsentratsiooni muutus, mis on tingitud kasutamisest pärast kõlblikkusaja lõppu.
- juhul, kui ei järgita kasutusjuhendis kirjeldatud õiget kasutamist.
- ebaõige kohaldamise korral, mille põhjuseks on loetamatu või puuduv märgistus

Vastunäidustused

Ärge kasutage mõru "maitseriba", kui olete rase. Mitte kasutada, kui esineb allergia mõne kasutatud aine suhtes.

Patsiendiinfo

Patsienti tuleb testist teavitada järgmiselt: Nende maitsemeelt tuleb testida. Seda tehakse prooviribade abil. Nad lakuvad pappribasid, mis on immutatud erineva kontsentratsiooniga magusate, hapude, soolaste ja kibedate maitseainetega. Katses kasutatud ained on esitatud kujul tervisele ohutud ja neid kasutatakse toidus (sahharoos, naatriumkloriid, sidrunhape, kiniin - nagu näiteks kibedas sidrunis).
Kui te ei maitse midagi, märkige see ("ei maitse"). Testi hindamisel võetakse arvesse, kas te suudate tajuda või tuvastada kvaliteeti.
Test võtab umbes 5 minutit patsiendi kohta.

Kasutaja teave

Rakendamine toimub maitsmisvõime testimisel, asetades maitseribad keelele ja sulgedes suu (patsient võib keelt liigutada). Kui on huvi keele teatud piirkondade gustatsioonitundlikkuse vastu (nt külgmiselt eraldatud testimine), jääb suu avatuks ja riba puutub kokku ainult selle piirkonnaga, kuni patsient suudab anda vastuse. Katses kasutatud ained on esitatud kujul tervisele ohutud ja neid kasutatakse toidus (sahharoos, söögisool, sidrunhape, kiniin - näiteks kibedas sidrunis).

Tulemuslikkus

Võtke pintsetid ühte kätte ja avage samal ajal purgi teise käega. Prooviribasid tuleb võtta AINULT kaasasolevate pintsettidega. Patsiendi vastuse võib märkida hindamisvormile (📈), kuid see EI mõjuta sõeluuringu 12 testi tulemust.

Rakendamine

Eemaldage maitseriba kaasasoleva pintsetiga ja asetage see keele keskele nii, et maitseriba veel veidi suust välja ulatuks. Patsient peaks nüüd suu sulgema ja keelt veidi liigutama. Pärast 5-10 sekundit võib patsiendilt küsida, millist maitset ta tajus. Palun eemaldage testriba uuesti.
Soovitatav on oodata vähemalt 30 sekundit erinevate ribade esitamise vahel ja lasta patsiendil suu veega loputada. Lisaks sellele tuleks "mõru" (purk M) pakkuda viimasena, kuna see maitse on kõige kauem olemas. Nagu ka lõhnatesti puhul, on olemas valikukaart koos tingimustega.

Vastupidavus

Iga degustatsiooniriba on varustatud säilivuskuupäevaga. Formaat on TT MM JAA. Avamata kujul säilivusaeg on 5 aastat.
Pärast avamist on säilivusaeg piiratud 12 kuuga. Sisestage purgi kleebitud sümbolile (12M) esimese avanemise periood.

Ladustamine:

Hoida kuivas kohas toatemperatuuril (10-30 °C), mitte külmkapis.

Kõrvaldamine

⚠ Kasutatud mustusribad tuleb kohe kodumajapidamisjäätmete hulka visata.

Tarvikud

Komponent	Artikli number
Pintsetid	LA-13-00310
Säilituskast	LA-13-00338
Mitme valikuvõimaluse kaart	LA-18-00080

Kasutatud kangad

Maitse kvaliteet	Kangas
Hape	Sidrunhape
Soolane	Naatriumkloriid
Magus	Sahharoos
Bitter	Kiniinvesinikkloriiddihüdraat
Lahusti	Aqua Bidest

LEGEND

	Identifitseerimine
	Resolutsioon
	Vanuserühm
	Rakendustemperatuur
	Parim enne kuupäeva
	Kaitske päikesevalguse eest
	Järgige kasutusjuhendit
	Säilitada kuivalt
	Tootja, Producent
	Jälgige hoiatusteateid
	Ainult ühekordseks kasutamiseks
	Mitte kasutada raseduse ajal
	Magus
	Soolane
	Hapukas
	Bitter